



sartorius

Calibration Laboratory Accredited According to
DIN EN ISO/IEC 17025 for Electronic Balances/Scales

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-19398-02-00

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst 

Kalibrierschein

Calibration Certificate

Kalibrierzeichen

Calibration mark

214A134

D-K-
19398-02-00

2014-09

Gegenstand **Elektronische Waage**
Object **Electronical scale**

Hersteller **Mettler**
Manufacturer

Typ **SAG245P**
Type

Serien-/Prüfmittel-Nr. **1120072979 / W002**
Serial / QM Ident No.

Auftraggeber **Webers GmbH**
Customer **Laborbedarf**

Im Erlengrund 28
46149 Oberhausen

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Auftragsnummer
Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheins **3**
Number of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung **18.09.2014**
Date of calibration

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Date



18.09.2014

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Dipl. Ing. Norbert Schnell

Bearbeiter
Person in charge

Jörg-Axel Wassermann

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, 37070 Göttingen
Weender Landstraße 94-108, 37075 Göttingen
Servicezentrum Tel.: (0551) 308 3333 Fax: (0551) 308 3730

Seite **1**
Page

V.:1.2.1408.2701

Kalibriergegenstand:**Mehrteilungswaage**

Typ	SAG245P	
Seriennummer	1120072979	
Prüfmittel-Nr. / Inventar-Nr. des Kunden	W002	
	1	2
Höchstlast	41,00000 g	210,0000 g
Ablesbarkeit	d = 0,00001 g	d = 0,0001 g

Kalibrierverfahren:

Richtlinie zur Kalibrierung nichtselbsttätiger Waagen (NAWI):

EURAMET/cg-18/v.03

Genauigkeitsklasse der verwendeten Gewichte:

OIML R111 E2

Prüfmittel-Nr. der verwendeten Gewichte:

GW19508**Kalibrierort:**

Adresse	Lt. Seite 1
Abteilung / Kostenstelle	Labor
Gebäude, Etage	EG
Raum	Kalibrierlabor

Justierstatus:

Der Kennwert des Messgeräts wurde vor der Kalibrierung intern justiert.

Umgebungs- / Messbedingungen:

Temperatur während der Kalibrierung	22 °C
Temperaturdifferenz (Temp. Gewichte - Temp. Kalibrierort)	0 K
Prüfmittelnummer des verwendeten Thermometers	TEM 0168
Messbedingungen	Normal

Messergebnisse, Messunsicherheiten:

Messung	Wiederholbarkeit		Position	Aussermittige Belastung		
	Prüflast (Nennwert)	200 g		Prüflast (Nennwert)	100 g	
1		200,0001 g	Mitte		100,0000 g	
2		200,0002 g	Vorne links		100,0000 g	
3		200,0003 g	Hinten links		100,0000 g	
4		200,0003 g	Hinten rechts		100,0000 g	
5		200,0002 g	Vorne rechts		100,0000 g	
Standardabweichung			Maximale Abweichung zur Mitte			
s = 0,00008 g			Δlecc max = 0,0000 g			
Prüflast L	Anzeige I	Abweichung E	Erweiterungs- faktor k	Messunsicherheit U(E)	Messunsicherheit relativ U(E) rel	
0,00000 g	0,00000 g	0,00000 g	2,00	0,000008 g	-----	
50,0000 g	50,0001 g	0,0001 g	2,52	0,00024 g	0,00047 %	
100,0000 g	100,0002 g	0,0002 g	2,37	0,00024 g	0,00024 %	
150,0000 g	150,0003 g	0,0003 g	2,17	0,00026 g	0,00017 %	
199,9999 g	200,0003 g	0,0004 g	2,11	0,00028 g	0,00014 %	

U(E)rel ist der Quotient aus U(E) und Prüflast L. Die Messunsicherheit U(E) gilt nur, wenn Abweichung E berücksichtigt wird! Hinweise zur Unsicherheit im Gebrauch der Waage finden Sie unter "Weitere Hinweise (Interpretation der Messergebnisse)".

Hinweis:

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem angegebenen Erweiterungsfaktor k ergibt. Sie wurde gemäß der europäischen Richtlinie EURAMET/cg-18/v.03 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Wertintervall.



Anlage Seite 1 zum Kalibrierschein

Weitere Hinweise (Interpretation der Messergebnisse):

1. Unsicherheit im Gebrauch der Waage

Kennwert der Waage vor Messung justiert: **Ja (intern)**
 Berücksichtigte Temperaturschwankung: **5 K**
 Messbedingungen: **Normal**
 Berücksichtigter Temperaturkoeffizient: **3 * 10⁻⁶ /K**

Unsicherheit der Waagenanzeige Ugl(W) im Gebrauch: **Ugl(W) = 0,000008 g + 9,75 * 10⁻⁶ * R**

Waagenanzeige in % von Höchstlast	Netto Waagenanzeige R	Messunsicherheit Ugl(W)	Messunsicherheit relativ Ugl(W) rel
1 %	2,10000 g	0,000028 g	0,00136 %
25 %	52,5000 g	0,00052 g	0,00099 %
50 %	105,0000 g	0,00103 g	0,00098 %
75 %	157,5000 g	0,00154 g	0,00098 %
100 %	210,0000 g	0,00206 g	0,00098 %

Hinweis:

Die aktuelle Messunsicherheit ergibt sich durch Eingabe der Waagenanzeige R in diese Formel. Hierbei ist eine Korrektur des Anzeigefehlers nicht notwendig. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Sie wurde gemäß der europäischen Richtlinie EURAMET/cg-18/v.03 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall.

2. Hinweis zur Anerkennung der DAkKS/DKD Kalibrierscheine:

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die weiteren Unterzeichner innerhalb und außerhalb Europas sind den Internetseiten von EA (www.european-accreditation.org) und ILAC (www.ilac.org) zu entnehmen.

3. Diagramm der relativen Messunsicherheit / Prozessgenauigkeit mit Beispiel für Mindestwaage

Beispiel: geforderte Prozessgenauigkeit **1,00 %** Mindestwaage je Komponente ca. **0,00241 g**

