



sartorius

Calibration Laboratory Accredited According to
DIN EN ISO/IEC 17025 for Electronic Balances/Scales

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-17094-02-00

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst **DKD**

Kalibrierschein

Calibration Certificate

Kalibrierzeichen

Calibration mark

2145433
D-K- 17094-02-00
2012-09

Gegenstand **Elektronische Waage**
Object **Electronical scale**

Hersteller **Sartorius**
Manufacturer

Typ **ME5**
Type

Serien-/Prüfmittel-Nr. **17404359 / W005**
Serial / QM Ident No.

Auftraggeber **Webers GmbH
Laborbedarf
Herr Drabiniok
Im Erlengrund 28
46149 Oberhausen**
Customer

Auftragsnummer
Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheins **3**
Number of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung **19.09.2012**
Date of calibration

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Date



19.09.2012

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Dipl. Ing. Norbert Schnell

Bearbeiter
Person in charge

Jörg-Axel Wassermann

Kalibriergegenstand:**Einbereichswaage**

Typ **ME5**
 Seriennummer **17404359**
 Prüfmittel-Nr. / Inventar-Nr. des Kunden **W005**

Höchstlast **5.1 g**

Ablesbarkeit **d = 0,000001 g**

Kalibrierverfahren:

Richtlinie zur Kalibrierung nichtselbsttätiger Waagen (NAWI):

EURAMET/cg-18/v.02

Genauigkeitsklasse der verwendeten Gewichte:

OIML R111 E2

Prüfmittel-Nr. der verwendeten Gewichte: **GW19550**

Kalibrierort:

Adresse **Lt. Seite 1**

Abteilung / Kostenstelle

Gebäude, Etage

Raum

, EG

Prüflabor

Justierstatus:

Der Kennwert des Messgeräts wurde vor der Kalibrierung intern justiert.

Umgebungs- / Messbedingungen:

Temperatur während der Kalibrierung

23,0 °C

Temperaturdifferenz (Temp. Gewichte - Temp. Kalibrierort)

0,0 K

Prüfmittelnummer des verwendeten Thermometers

TEM 0168

Messbedingungen

Normal

Messergebnisse, Messunsicherheiten:

Messung	Wiederholbarkeit		Position	Aussermittigte Belastung	
	Prüflast (Nennwert)	3 g		Prüflast (Nennwert)	2 g
1		2,999976 g	Mitte		1,999986 g
2		2,999975 g	Vorne links		1,999986 g
3		2,999976 g	Hinten links		1,999986 g
4		2,999976 g	Hinten rechts		1,999986 g
5		2,999975 g	Vorne rechts		1,999986 g
Standardabweichung			Maximale Abweichung zur Mitte		
s = 0,0000005 g			Δlecc max = 0,000000 g		
Prüflast L	Anzeige I	Abweichung E	Erweiterungs- faktor k	Messunsicherheit U(E)	Messunsicherheit relativ U(E) rel
0,000000 g	0,000000 g	0,000000 g	2,00	0,0000008 g	-----
1,199998 g	1,199998 g	0,000000 g	2,00	0,0000345 g	0,0028762 %
2,499993 g	2,499995 g	0,000002 g	2,00	0,0000404 g	0,0016175 %
3,999990 g	3,999992 g	0,000002 g	2,00	0,0000485 g	0,0012129 %
4,999995 g	4,999995 g	0,000000 g	2,00	0,0000299 g	0,0005972 %

U(E)rel ist der Quotient aus U(E) und Prüflast L. Die Messunsicherheit U(E) gilt nur, wenn Abweichung E berücksichtigt wird! Hinweise zur Unsicherheit im Gebrauch der Waage finden Sie unter "Weitere Hinweise (Interpretation der Messergebnisse)".

Hinweis:

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem angegebenen Erweiterungsfaktor k ergibt. Sie wurde gemäß der europäischen Richtlinie EURAMET/cg-18/v.02 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall.



Anlage Seite 1 zum Kalibrierschein

Weitere Hinweise (Interpretation der Messergebnisse):**1. Unsicherheit im Gebrauch der Waage**

Kennwert der Waage vor Messung Justiert:

Berücksichtigte Temperaturschwankung:

Messbedingungen:

Berücksichtigter Temperaturkoeffizient:

Ja (intern)**1,5 K (ISOCAL aktiv)****Normal** **$1,0 * 10^{-6}/K$**

Unsicherheit der Waagenanzeige Ugl(R) im Gebrauch:

$$Ugl(R) = 0,0000008 \text{ g} + 9,85 * 10^{-6} * R$$

Waagenanzeige R	Messunsicherheit Ugl(R)	Messunsicherheit relativ Ugl(R) rel
0 g	0,0000008 g	-----
1,2 g	0,0000126 g	0,0010517 %
2,5 g	0,0000254 g	0,0010170 %
4 g	0,0000402 g	0,0010050 %
5 g	0,0000500 g	0,0010010 %

Hinweis:

Die aktuelle Messunsicherheit ergibt sich durch Eingabe der Waagenanzeige R in diese Formel. Hierbei ist eine Korrektur des Anzeigefehlers nicht notwendig. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß der europäischen Richtlinie EURAMET/cg-18/v.02 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall.

2. Hinweis zur Anerkennung der DAKKS/DKD Kalibrierscheine:

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die weiteren Unterzeichner innerhalb und außerhalb Europas sind den Internetseiten von EA (www.european-accreditation.org) und ILAC (www.ilac.org) zu entnehmen.

3. Diagramm der relativen Messunsicherheit / Prozessgenauigkeit mit Beispiel für Mindesteinwaage

Beispiel: geforderte Prozessgenauigkeit

1,00 %

Mindesteinwaage je Komponente ca.

0,000241 g

